

Gebrauchtgerät

## Narkosegerät FABIUS Tiro von Dräger



FABIUS Tiro mit Scio und Delta auf Fahrgestell  
 (CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, A-Gase, EKG, SpO<sub>2</sub> und NIBP)

Funktionsprüfung und STK  
 durchgeführt

2-Gas-Gerät: O<sub>2</sub> und Air

Integrierte  
 Notstromversorgung  
 20 bis 30 Minuten


Mit Cosy II - Kreisteil

### Ventilation:

- Ventilator elektrisch angetrieben
- Pressure Control Mode (PCV),
- Volume Controlled Ventilation (VCV)
- Tidalvolumen 10 – 1400 ml (IPPV)
- Frequenz 4 – 60 /min



Fabius Tiro Bildschirm



Infinity Delta Bildschirm



Absaugung links  
 und Scio rechts  
 (CO<sub>2</sub>)

- Optional: Absaugung mit Ejektor
- Optional: mit Vapor